M+D by drive®

MOBILITY DESIGNED

M+D 360™

Transfer Bench

Banco de transferencia

Banc de transfert

Instructions For Use
Instructions D'utilisation
Instrucciones De Uso



Item # / Article n° / Artículo n.°: MD50200GR, MD50200WH


VER.A.03.26


EN

Where Real Life Inspires Innovation


Designed with insight from real lives, elevated by next-generation engineering and innovative materials — because everyday support should feel extraordinary.

- The M+D by Drive® Team





Parts List



1. Backrest
2. Backrest Support Tube (2)
3. Seat
4. Armrest (2)
5. Seat Positioning Lever
6. Carriage (underneath seat)
7. Beam
8. Beam Cap
9. Thumb Screw (4)
10. Locking Lever (2)
11. Leg Frame (2)
12. Leg (4)
13. Snap Button
14. Foot (4)

WEIGHT CAPACITY: 350 LB / 158 KG

EN

Assembly Instructions


Tutorial Videos
Scan QR code for link to tutorial videos



1 Unbox and lay out all components.


2 Carefully lay the transfer bench seat and carriage assembly upside down, (seat facing down) on a flat surface.

Caution: Assembly is heavy.




3 To attach the legs, match each leg labeled (1-4) with the corresponding number on tube of leg frame (1-4). Insert leg onto leg frame tubes by depressing snap buttons in frame tube and set to the desired height. Make sure the snap button protrudes fully through the adjustment hole. Repeat for remaining legs.

Note: Set all legs to a higher height setting during assembly. Final height adjustments should be made once the bench is positioned in the bathtub to ensure the seat is level and stable.




4 To attach the leg frame, insert leg frame tubes into beam cap. Repeat on other side.



Assembly Instructions


5 Secure leg frames into place with 2 thumb screws, turning clockwise to tighten. Repeat on other side.



6 Flip assembly over to install the arms and backrest.


7 Assemble backrest by locating the curved shaped backrest support tubes and backrest. Match L backrest tube to the L on the backrest. Match R backrest tube to the R on the backrest. Use your thumb to depress snap button on support tube and slide it into the backrest opening. Continue sliding until the snap button fully protrudes through the adjustment hole, you will hear or feel a click when the sections are securely locked together. Repeat on other side.

Note: Do not remove the white inner anti-rattle.



Assembly Instructions

8 To attach the backrest to the seat, align the support tubes into the seat tube openings, matching L and R. Use your thumbs to depress both snap buttons on the backrest and slide them into the seat tube openings. Continue sliding until the snap buttons fully protrude through the adjustment holes; you will hear or feel a click when the sections are securely locked together. Repeat on the other side.




Assembly Instructions

9 To assemble the armrests, align armrest tube ends into the side seat tube openings. Align “A” armrest with the “A” notations on the seat.


Note: The angled side of the armrest faces backrest. The 90-degree side is positioned in seat hole furthest from backrest. Do not remove the white inner anti-rattle.

10 Use your thumbs to depress both snap buttons on the armrest and slide them into the seat tube openings. Continue sliding until the snap buttons fully protrude through the adjustment holes; you will hear or feel a click when the sections are securely locked together. Repeat on the other side.



Set Up

1 Place transfer bench in tub, either side can be inside the tub.



Note: Transfer bench can be used with both armrests, one armrest, or no armrests. **DO NOT** use transfer bench without the backrest.

Caution: When entering or exiting shower or bath via the transfer bench, make sure the seat is in one of the locked positions on the left or right side of the carriage beam. Seat should be locked in one of the 4 seat positions. Ensure seat is locked in position at end, before attempting to sit down.


Proper Fit
For use in tubs with walls 14.5" x 20.5" (36.5 - 52cm) tall.

2 Before use, adjust height of each leg to your specific needs. When desired height is reached, lock legs into place by aligning snap buttons into proper holes. Audible click can be heard when button is locked.

Note: Depending on the tub floor angle and bathroom floor height differences, legs may need to be adjusted to different heights. Ensure feet are touching the floor at all times.

3 Ensure beam is level so seat can roll in and out of tub with ease.

4 Ensure the legs are locked in place by pushing down on them and gently pulling to confirm they are secure.



Operating Instructions


The 360™ Transfer Bench is intended to assist individuals with limited mobility, balance difficulties, weakness, injury, or recovery from surgery, when entering and exiting a bathtub or shower-tub combination. The bench provides a stable seat that allows the user to sit outside the bathtub and safely transfer into the bathing area by sliding the seat along the beam.

This device is designed to help reduce the risk of slips and falls during bathing by providing support while transferring over the bathtub wall. The sliding transfer bench may be used independently by the user or with the assistance of a caregiver.

The product is intended for use in a standard bathtub or shower-tub combination and should only be used while the bench is properly assembled and operated according to the instructions in this manual.

Side to Side Sliding


To move the seat side to side, pull up on the orange locking lever on beam cap to release the seat. Slide seat to other side until it clicks into place. There is an orange locking lever on each end. Repeat to slide the seat back.



Operating Instructions

Seat Rotation

To rotate the seat, first make sure the seat is locked at either end of transfer bench. Push down on the orange seat positioning lever in front of the seat. Release lever when rotating. Rotate seat to desired position, seat will lock into place every 90 degrees (right angle). The seat is capable of rotating a full 360 degrees.



Safety Check

- Before use, ensure all push buttons are fully protruded and are properly engaged.
- Check the feet on the 360 transfer bench for rips, or other damage. Replace any feet that are damaged or missing.
- When entering or exiting shower or bath via the transfer bench, ensure the seat is in one of the locked positions to avoid unwanted movement.
- Use caution when sitting due to slippery or wet environment.
- **DO NOT** use if components are missing or damaged.

  DO NOT use product if wobbly, unstable, or not level. All four feet MUST touch the floor at all times.
- **DO NOT** attempt to use the arms or backrest to support full body weight.
- **DO NOT** stand on the bench.
- **DO NOT** use transfer bench without the backrest.
- **DO NOT** excessively twist or turn while seated on the bench as this may cause a loss of balance and/or damage to the product.

Maintenance and Cleaning

Clean with mild soap and rinse with warm water. Wipe bath seat dry after each use.

M+D by Drive recommends periodic visual inspection of this product by the user, to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not worn, torn, frayed, loose, or rusted, and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation.

If any part or mechanism appears to be unsafe or compromised, do not use the product. If you experience problems, please contact the provider that sold you the product or visit www.drivemedical.com/help for more information.

Lifetime Limited Warranty

Your M+D by Drive branded product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the product for the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, rubber feet, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your M+D by Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.


Patents: www.drivemedical.com/patents


FR

Là où la vie réelle inspire l'innovation


Conçu à partir d'expériences réelles, rehaussé par une ingénierie de nouvelle génération et des matériaux novateurs, car le soutien quotidien devrait être hors du commun.

- L'équipe M+D by Drive®





Liste des pièces



1. Appui-dos
2. Tube de support de l'appui-dos (2)
3. Siège
4. Accoudoir (2)
5. Levier de positionnement du siège
6. Chariot (sous le siège)
7. Base
8. Capuchon de la base
9. Vis de serrage (4)
10. Levier de verrouillage (2)
11. Socle (2)
12. Jambe (4)
13. Bouton-pression
14. Patin (4)

POIDS MAXIMAL : 158 kg (350 lb)


FR

Instructions d'assemblage

Vidéos tutoriels
Balayer le code QR pour obtenir un lien vers les vidéos tutoriels


1 Déballer et disposer toutes les pièces.

2 Placer soigneusement le siège du banc de transfert et l'ensemble du chariot à l'envers (siège orienté vers le bas) sur une surface plane.




Mise en garde : L'assemblage est difficile en raison du poids.

3 Pour fixer les pieds, faire correspondre chaque pied étiqueté (1 à 4) avec le numéro correspondant sur le tube du socle (1 à 4). Insérer la jambe sur les tubes du socle en appuyant sur les boutons-pression dans le tube du socle, puis régler à la hauteur souhaitée. S'assurer que le bouton-pression sort complètement du trou de réglage. Répéter pour les autres pieds.




Remarque : Régler tous les pieds à une hauteur plus élevée pendant l'assemblage. Les réglages de la hauteur finale doivent être effectués une fois que le banc est positionné dans la baignoire pour s'assurer que le siège est bien à niveau et stable.

4 Pour fixer le socle, insérer les tubes du socle dans le capuchon de la base. Répéter l'opération de l'autre côté.



Instructions d'assemblage


5 Fixer les socles en place à l'aide de 2 vis de serrage, en tournant dans le sens horaire pour serrer. Répéter l'opération de l'autre côté.



6 Retourner l'ensemble pour installer les accoudoirs et l'appui-dos.


7 Assembler l'appui-dos en repérant les tubes de support courbés et l'appui-dos. Faire correspondre le tube de support L avec le L sur l'appui-dos. Faire correspondre le tube de support R avecle R sur l'appui-dos. Utiliser le pouce pour appuyer sur le bouton-pression du tube de support et le faire glisser dans l'ouverture de l'appui-dos. Continuer à faire glisser jusqu'à ce que le bouton-pression ressorte complètement par le trou de réglage; vous entendrez ou sentirez un clic lorsque les sections seront bien verrouillées ensemble. Répéter l'opération de l'autre côté.

Remarque : Ne pas retirer l'anti-cliquetis intérieur blanc.



Instructions d’assemblage

8 Pour fixer l’appui-dos au siège, aligner les tubes de support dans les ouvertures des tubes du siège, en faisant correspondre le L et le R. Utiliser vos pouces pour appuyer sur les deux boutons-pression de l’appui-dos et les faire glisser dans les ouvertures des tubes du siège. Continuer à faire glisser jusqu’à ce que les boutons-pression dépassent complètement à travers les trous de réglage; vous entendrez ou sentirez un clic lorsque les sections sont bien verrouillées ensemble. Répéter l’opération de l’autre côté.




Instructions d'assemblage

9 Pour assembler les accoudoirs, aligner les extrémités du tube de l'accoudoir dans les ouvertures latérales du tube du siège. Aligner l'accoudoir « A » avec les repères « A » sur le siège.


Remarque : Le côté incliné de l'accoudoir fait face à l'appui-dos. Le côté à 90 degrés est positionné dans le trou du siège le plus éloigné de l'appui-dos. Ne pas retirer l'anti-cliquetis intérieur blanc.

10 Utiliser vos pouces pour appuyer sur les deux boutons-pression de l'accoudoir et les faire glisser dans les ouvertures des tubes du siège. Continuer à faire glisser jusqu'à ce que les boutons-pression dépassent complètement à travers les trous de réglage; vous entendrez ou sentirez un clic lorsque les sections sont bien verrouillées ensemble. Répéter l'opération de l'autre côté.



Configuration

1 Placer le banc de transfert dans la baignoire; un côté ou l'autre peut se trouver à l'intérieur de la baignoire.



Remarque : Le banc de transfert peut être utilisé avec les deux accoudoirs, un accoudoir ou aucun accoudoir. **NE PAS** utiliser le banc de transfert sans l'appui-dos.


Mise en garde : Lors de l'entrée ou de la sortie de la douche ou de la salle de bain au moyen du banc de transfert, s'assurer que le siège est dans l'une des positions verrouillées sur le côté gauche ou droit de la base du chariot. Le siège doit être verrouillé dans l'une des quatre positions du siège. S'assurer que le siège est verrouillé en position à l'extrémité, avant de tenter de s'asseoir.

Ajustement approprié
À utiliser dans les baignoires avec des parois de 36,5 à 52 cm (14,5 à 20,5 po) de hauteur

2 Avant utilisation, régler la hauteur de chaque pied en fonction de vos besoins spécifiques. Lorsque la hauteur désirée est atteinte, verrouiller les pieds en place en alignant les boutons-pression dans les trous appropriés. On entend un déclic indiquant que le bouton est verrouillé.

Remarque : Selon l'angle du plancher de la baignoire et les différences de hauteur du plancher de la salle de bain, les pieds peuvent devoir être réglés à différentes hauteurs. S'assurer que les pieds touchent le sol en tout temps.

3 S'assurer que la base est bien à niveau pour que le siège puisse entrer et sortir de la baignoire facilement.



4 S'assurer que les pieds sont verrouillés en place en les poussant vers le bas et en tirant doucement pour confirmer qu'ils sont bien fixés.

Instructions d’utilisation


Le banc de transfert 360™ est destiné à aider les personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés d’équilibre, une faiblesse, une blessure ou qui se rétablissent après une intervention chirurgicale, lors de l’entrée et de la sortie d’une baignoire ou d’une baignoire-douche. Le banc dispose d’un siège stable qui permet à l’utilisateur de s’asseoir à l’extérieur de la baignoire et de se transférer en toute sécurité dans la zone de bain en faisant glisser le siège le long de la base.

Ce dispositif est conçu pour réduire le risque de glissades et de chutes pendant le bain en offrant un soutien lors du transfert par-dessus la paroi de la baignoire. Le banc de transfert coulissant peut être utilisé indépendamment par l’utilisateur ou avec l’aide d’un soignant.

Le produit est destiné à être utilisé dans une baignoire standard ou une baignoire-douche et ne doit être utilisé que lorsque le banc est correctement assemblé et utilisé conformément aux instructions figurant dans ce manuel.


Glissement d’un côté à l’autre

Pour déplacer le siège d’un côté à l’autre, tirer sur le levier de verrouillage orange situé sur le capuchon de la base pour libérer le siège. Faites glisser le siège de l’autre côté jusqu’à ce qu’il s’enclenche en place. Chaque extrémité comporte un levier de verrouillage orange. Répéter pour faire glisser le siège vers l’arrière.



Instructions d'utilisation

Rotation du siège
Pour faire pivoter le siège, s'assurer d'abord que le siège est verrouillé à l'une des extrémités du banc de transfert. Appuyer sur le levier orange de positionnement du siège devant le siège. Relâcher le levier lors de la rotation. Tourner le siège à la position souhaitée; le siège se verrouille en place tous les 90 degrés (angle droit). Le siège est capable de pivoter sur 360 degrés.



Vérification de la sécurité

- Avant toute utilisation, s'assurer que tous les boutons-poussoirs sont complètement sortis et correctement enclenchés.
- Vérifier que les patins du banc de transfert 360 ne sont pas déchirés ou endommagés. Remplacer les patins endommagés ou manquants.
- Lors de l'entrée ou de la sortie de la douche ou de la salle bain au moyen du banc de transfert, s'assurer que le siège est dans l'une des positions verrouillées pour éviter tout mouvement indésirable.
- Faire preuve de prudence lorsque vous êtes assis en raison d'un environnement glissant ou humide.
- **NE PAS** utiliser si des composants sont manquants ou endommagés.
- **NE PAS** utiliser le produit s'il est instable ou s'il n'est pas bien à niveau. Les quatre pieds DOIVENT toucher le sol en tout temps.
- **NE PAS** tenter d'utiliser les accoudoirs ou l'appui-dos pour soutenir tout le poids du corps.
- **NE PAS** se tenir debout sur le banc.
- **NE PAS** utiliser le banc de transfert sans l'appui-dos.
- **NE PAS** se tordre ou se tourner excessivement lorsqu'on est assis sur le banc, car cela pourrait entraîner une perte d'équilibre et/ou endommager le produit.

Entretien et nettoyage

Nettoyer à l'aide d'un savon doux et rincer à l'eau tiède. Essuyer la chaise de bain après chaque utilisation.

M+D by Drive recommande à l'utilisateur de procéder à une inspection visuelle

périodique de ce produit pour s'assurer que toutes les parties et pièces sont bien fixées, que les composants sont en bon état et ne sont pas usés, déchirés, effilochés, desserrés ou rouillés, et qu'il n'y a pas d'obstructions ou d'obstacles à l'utilisation normale et sécuritaire.

Si une pièce ou un mécanisme semble non sécuritaire ou compromis, ne pas utiliser le produit. En cas de difficultés, veuillez communiquer avec le fournisseur qui vous a vendu le produit ou visitez le site www.drivemedical.com/help pour obtenir de plus amples renseignements.

Garantie limitée à vie

Votre produit de marque M+D by Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau et de main-d'œuvre pour toute sa durée de vie auprès de son propriétaire initial.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et a fait

l'objet d'une inspection soignée avant l'expédition. Cette garantie à vie limitée témoigne de la confiance que nous portons aux matériaux et à la qualité de fabrication de nos appareils afin qu'ils puissent offrir aux consommateurs de nombreuses années de service fiable.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances de l'appareil découlant d'une

mauvaise utilisation ou de la négligence du propriétaire, ou de l'usure normale. La garantie ne s'applique pas aux composants non durables, tels que les accessoires en caoutchouc, les pieds en caoutchouc et les poignées, qui sont sujets à l'usure normale et doivent être remplacés périodiquement.

Si vous avez des questions au sujet de votre appareil M+D by Drive ou de la

présente garantie, veuillez communiquer avec un revendeur Drive autorisé.


Brevets : www.drivemedical.com/patents


ES

Donde la vida real inspira la innovación


Diseñado con conocimiento de la vida real, elevado por ingeniería de próxima generación y materiales innovadores, porque el apoyo diario debería sentirse extraordinario.

- El equipo de M+D by Drive®





Lista de piezas



1. Respaldo
2. Caño de soporte del respaldo (2)
3. Asiento
4. Reposabrazos (2)
5. Palanca de posicionamiento del asiento
6. Carro (debajo del asiento)
7. Barra
8. Tapa de la barra
9. Tornillo de pulgar (4)
10. Palanca de bloqueo (2)
11. Marco de las patas (2)
12. Pata (4)
13. Botón a presión
14. Base (4)

CAPACIDAD DE PESO: 158 kg/350 lb

ES


Instrucciones de montaje

Videos tutoriales
Escanee el código QR para obtener un enlace a videos tutoriales


1 Desempaque y organice todos los componentes.

2 Coloque cuidadosamente boca abajo y sobre una superficie plana el conjunto del asiento y el carro del banco de transferencia (con el asiento orientado hacia abajo).

Precaución: El montaje es pesado.




3 Para colocar las patas, haga coincidir cada pata etiquetada (1-4) con el número correspondiente en el caño del marco (1-4). Inserte las patas en los caños del marco pulsando los botones a presión y ajuste a la altura deseada. Asegúrese de que los botones a presión sobresalgan por completo a través de los orificios de ajuste. Repita el procedimiento para el resto de las patas.




Nota: Ajuste todas las patas en la altura más alta durante el montaje. Los ajustes finales de la altura deben realizarse una vez que el banco esté colocado en la bañera para garantizar que el asiento esté nivelado y estable.

4 Para colocar el marco de las patas, inserte los caños del marco en la tapa de la barra. Repita en el otro lado.



Instrucciones de montaje


5 Asegure los marcos de las patas en su lugar con 2 tornillos de pulgar, girándolos en el sentido de las agujas del reloj para apretarlos. Repita en el otro lado.



6 Voltee el conjunto para instalar los reposabrazos y el respaldo.


7 Ensamble el respaldo ubicando los caños curvos de soporte y el respaldo. Una el caño del respaldo etiquetado con la L con la letra correspondiente en el respaldo. Una el caño del respaldo etiquetado con la R con la letra correspondiente en el respaldo. Utilice el pulgar para presionar el botón a presión del caño de soporte y deslícelo dentro de la abertura del respaldo. Continúe deslizando hasta que el botón a presión sobresalga por completo a través del orificio de ajuste; oirá o sentirá un chasquido cuando las secciones queden bien conectadas. Repita en el otro lado.

Nota: No retire el dispositivo antiruido interno blanco.



Instrucciones de montaje

8 Para acoplar el respaldo al asiento, alinee los caños del soporte con las aberturas de los caños del asiento, haciendo coincidir las letras L y R. Con los pulgares, pulse ambos botones a presión del respaldo y deslícelos hacia dentro de las aberturas de los caños del asiento. Continúe deslizándolos hasta que los botones a presión sobresalgan por completo a través de los orificios de ajuste; oirá o sentirá un chasquido cuando las secciones queden bien conectadas. Repita en el otro lado.




Instrucciones de montaje

9 Para montar los reposabrazos, coloque los extremos de los caños de los reposabrazos dentro de las aberturas laterales para los caños del asiento. Alinee el reposabrazos “A” con las marcas “A” en el asiento.


Nota: El lado inclinado del reposabrazos debe quedar orientado hacia el respaldo. El lado a 90 grados se coloca en el orificio del asiento más alejado del respaldo. No retire el dispositivo antiruido interno blanco.

10 Utilice los pulgares para pulsar ambos botones a presión del reposabrazos y deslícelos dentro de las aberturas para los caños del asiento. Continúe deslizándolos hasta que los botones a presión sobresalgan por completo a través de los orificios de ajuste; oirá o sentirá un chasquido cuando las secciones queden bien conectadas. Repita en el otro lado.



Instalación

1 Coloque el banco de transferencia en la bañera; cualquiera de los lados puede estar dentro de esta.




Nota: El banco de transferencia se puede usar con ambos reposabrazos, con uno o con ninguno. **NO** use el banco de transferencia sin el respaldo.

Precaución: Al entrar o salir de la ducha o el baño mediante el banco de transferencia, asegúrese de que el asiento esté en una de las posiciones bloqueadas en el lado izquierdo o derecho de la barra del carro. El asiento debe estar bloqueado en una de las 4 posiciones que tiene. Asegúrese de que el asiento esté bloqueado en su posición al final, antes de intentar sentarse.

Ajuste correcto
Para uso en bañeras con paredes de 36,5 a 52 cm (14,5 x 20,5") de altura.

2 Antes del uso, ajuste la altura de cada pata según sus necesidades específicas. Cuando alcance la altura deseada, trabe las patas en su lugar alineando los botones a presión en los orificios adecuados. Se puede escuchar un clic sonoro cuando el botón está bloqueado.

Nota: Dependiendo de las diferencias entre el ángulo del piso de la bañera y la altura del piso del baño, es posible que las patas deban ajustarse a diferentes alturas. Asegúrese de que las bases estén en contacto con el piso en todo momento.



3 Asegúrese de que la barra esté nivelada para que el asiento pueda entrar y salir de la bañera con facilidad.

4 Asegúrese de que las patas estén bloqueadas en su lugar empujándolas hacia abajo y tirando suavemente para confirmar que estén firmes.


Instrucciones de funcionamiento

El banco de transferencia 360™ está diseñado para ayudar a las personas con movilidad limitada, dificultades de equilibrio, debilidad, lesión o recuperación de una cirugía, al entrar y salir de una bañera o de una combinación de ducha y bañera. El banco proporciona un asiento estable que le permite al usuario sentarse fuera de la bañera y trasladarse de manera segura al área de baño deslizando el asiento a lo largo de la barra.

Este dispositivo está diseñado con el fin de reducir el riesgo de resbalones y caídas durante el baño al proporcionar asistencia mientras se realiza la transferencia sobre la pared de la bañera. El banco de transferencia deslizante puede ser utilizado de forma independiente por el usuario o con la ayuda de un cuidador.


El producto está diseñado para usarse en una bañera estándar o en una combinación de ducha y bañera, y solo debe usarse mientras el banco esté correctamente montado y operado de acuerdo con las instrucciones de este manual.

Deslizamiento de lado a lado
Para liberar el asiento y moverlo de lado a lado, tire hacia arriba de la palanca de bloqueo naranja ubicada en la tapa de la barra. Deslice el asiento hacia el otro lado hasta que encaje en su lugar. Hay una palanca de bloqueo naranja en cada extremo. Repita el procedimiento para deslizar el asiento hacia el otro lado.



Instrucciones de funcionamiento

Rotación del asiento
Para girar el asiento, primero asegúrese de que el asiento esté bloqueado en cualquiera de los extremos del banco de transferencia. Empuje hacia abajo la palanca naranja de posicionamiento frente al asiento. Suelte la palanca al girar. Gire el asiento a la posición deseada; el asiento se bloqueará en su lugar cada 90 grados (ángulo recto). El asiento puede girar 360 grados por completo.



Verificación de seguridad

- Antes de usarlo, asegúrese de que todos los botones estén completamente sobresalidos y que estén bien enganchados.
- Compruebe que las bases del banco de transferencia de 360 no estén rasgadas ni tengan otros daños. Sustituya las bases dañadas o faltantes.
- Al entrar o salir de la ducha o el baño mediante el banco de transferencia, asegúrese de que el asiento esté en una de las posiciones bloqueadas para evitar movimientos no deseados.
- Tenga cuidado al sentarse ya que el entorno puede ser resbaladizo o estar mojado.
- **NO** lo use si faltan componentes o están dañados.
- **NO** use el producto si se tambalea, está inestable o no está nivelado. Las cuatro bases DEBEN tocar el piso en todo momento.
- **NO** intente usar los reposabrazos o el respaldo para apoyar el peso corporal total.
- **NO** se pare sobre el banco.
- **NO** use el banco de transferencia sin el respaldo.
- **NO** se tuerza ni gire excesivamente mientras esté sentado en el banco, ya que esto puede causar una pérdida de equilibrio o daños al producto.

Mantenimiento y limpieza

Limpie con jabón suave y enjuague con agua tibia. Seque el asiento después de cada uso.

M+D by Drive recomienda que el usuario realice inspecciones visuales periódicas de este producto para asegurarse de que todas las piezas y herrajes estén bien sujetos, que los componentes estén en buenas condiciones y no estén desgastados, rotos, rasgados, sueltos ni oxidados, y que no haya obstrucciones ni impedimentos para un funcionamiento normal y seguro.

Si alguna pieza o mecanismo parece no ser seguro o estar comprometido, no utilice el producto. Si tiene problemas, comuníquese con el proveedor que le vendió el producto o visite www.drivemedical.com/help para obtener más información.

Garantía limitada de por vida


Su producto de la marca M+D by Drive está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante toda la vida útil del producto para el comprador consumidor original.

Este dispositivo se construyó de acuerdo con estándares exigentes y se inspeccionó cuidadosamente antes del envío. Esta garantía limitada de por vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos y nuestra garantía al consumidor de años de servicio confiable.

Esta garantía no cubre la falla del dispositivo debido a mal uso o negligencia del propietario, o al desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, como accesorios de goma, patas de goma y agarres, que están sujetos al desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si tiene alguna pregunta sobre su dispositivo M+D by Drive o sobre esta garantía, comuníquese con un distribuidor de Drive autorizado.

Patentes: www.drivemedical.com/patents



MD by drive®

MOBILITY DESIGNED

© 2026 Medical Depot, Inc. dba Drive Medical.
All rights reserved.
Mobility Designed® is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA
Made in China

© 2026 Medical Depot, Inc. exerçant son activité sous le nom de Drive Medical.
Tous droits réservés.
Mobility Designed® est une marque déposée de Medical Depot, Inc.
Port Washington, N.Y. 11050, États-Unis
Fabriqué en Chine

© 2026 Medical Depot, Inc. dba Drive Medical.
Todos los derechos reservados.
Mobility Designed® es una marca registrada de Medical Depot, Inc.
Port Washington, N.Y. 11050, EE. UU.
Hecho en China